



```
Current Data Parameters
NAME      300_AS837P1APT
EXPNO                 10
PROCNO                 1

F2 - Acquisition Parameters
Date_           20251002
Time              20.09 h
INSTRUM             spect
PROBHD   Z111650_0118 (
PULPROG              apt
TD                119044
SOLVENT             CDCl3
NS                    512
DS                      4
SWH           18750.000 Hz
FIDRES         0.315010 Hz
AQ             3.1745067 sec
RG                   2050
DW                26.667 usec
DE                 6.88 usec
TE                293.9 K
CNST2        145.0000000
CNST11         1.0000000
D1             1.00000000 sec
D11            0.03000000 sec
D20            0.00689655 sec
D21            0.00050000 sec
TD0                    1
SFO1          75.4760490 MHz
NUC1                 13C
P0                15.00 usec
P1                15.00 usec
P2                30.00 usec
PLW1         27.00000000 W
SFO2         300.1312005 MHz
NUC2                 1H
CPDPRG[2         waltz64
PCPD2             90.00 usec
PLW2         10.00000000 W
PLW12         0.27778000 W

F2 - Processing parameters
SI                131072
SF            75.4677485 MHz
WDW                  EM
SSB       0
LB                 1.00 Hz
GB        0
PC                 1.40
```